

Minimální technické a personální požadavky na vybavení soudně-lékařského pracoviště

Personální vybavení :

3 lékaři, z toho dva atestovaní

1 toxikolog

1 histologická laborantka

1 toxikologická laborantka

1 sérologická laborantka

2 pitevní laboranti

2 zapisovatelky – sekretářky

Administrativní úsek :

Pracovna lékařů

Pracovna toxikologa

Kancelář

Prostor pro archivaci pitevních a toxikologických protokolů

Pitevní trakt :

Filtr- hygienická smyčka

Pitevna :

1 pitevní stůl

4 vozíky pro transport zemřelých

1 váhy pro dospělé zemřelé

1 váhy pro kojence

2 pitevní soupravy nástrojů

Histologická laboratoř a sérologická laboratoř (samostatné místnosti):

1 autotechnikon

1 termostat

1 mikrotom

1 digestoř

Příslušenství k přípravě sérologického a histologického materiálu

1 centrifuga

Skladovací prostor pro archivaci preparátů

Toxikologická laboratoř :

1 plynový chromatograf + zařízení pro druhé stanovení etanolu

Zařízení ke stanovení farmak a OPL (např.GCMS, LCMS) + screenig farmak(TLC, Viva, Abbott apod.)

Spektrofotometr

Vypracoval: prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D., 14. 7. 2010